



МІНІСТЕРСТВО
ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ

Серія Д

№ 002580



СВІДОЦТВО

**про визнання затвердження типу
засобів вимірювальної техніки**

№ UA-MI/3-1393-2014

Виданий 4 серпня 2014 р.

Це свідоцтво, видане НВП "Буревестник", ВАТ, Російська Федерація, засвідчує, що на підставі "Соглашения о взаимном признании результатов государственных испытаний, утверждения типа, метрологической аттестации, поверки и калибровки средств измерений, а также результатов аккредитации лабораторий, осуществляющих испытания, поверку или калибровку средств измерений", підписаного 6 грудня 2006 р. Держспоживстандартом України, визнано результати державних випробувань і затвердження типу аналізаторів сірки рентгенівських енергодисперсійних АСЭ-2, проведених Федеральною агенцією з технічного регулювання та метрології Російської Федерації.

Аналізатори сірки рентгенівські енергодисперсійні АСЭ-2 на підставі рішення Міністерства економічного розвитку і торгівлі України зареєстровано в Державному реєстрі засобів вимірювальної техніки за номером 32301-13.

Аналізатори сірки рентгенівські енергодисперсійні АСЭ-2 підлягають повірці чи калібруванню після ремонту та під час експлуатації.

Міжповірочний інтервал, установлений під час визнання затвердження типу аналізаторів сірки рентгенівських енергодисперсійних, – 1 рік, рекомендований міжкалібрувальний інтервал – 1 рік.

*Заступник Міністра економічного розвитку
і торгівлі України – керівник апарату*



Р.П. Качур