



**ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ УКРАИНЫ ПО ВОПРОСАМ
ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ И ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ ПОЛИТИКИ**

Серия Е

№ 002124



СВИДЕТЕЛЬСТВО

**о признании утверждения типа
средств измерительной техники**

№ UA-MI/Зр-1014-2010

Выдано 5 ноября 2010 г.

Настоящее свидетельство, выданное НПП "Буревестник", ОАО, Российская Федерация, удостоверяет, что на основании "Соглашения о взаимном признании результатов государственных испытаний и утверждения типа, метрологической аттестации, поверки и калибровки средств измерений, а также результатов аккредитации лабораторий, осуществляющих испытания, поверку или калибровку средств измерений", подписанного 6 октября 1992 г. Госстандартом Украины, признаны результаты государственных испытаний и утверждения типа анализаторов рентгеновских энергодисперсионных БРА-18, проведенных Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии Российской Федерации.

Анализаторы рентгеновские энергодисперсионные БРА-18 на основании решения Научно-технической комиссии по метрологии Государственного комитета Украины по вопросам технического регулирования и потребительской политики зарегистрированы в Государственном реестре средств измерительной техники под номером 31298-08.

Анализаторы рентгеновские энергодисперсионные БРА-18 после ремонта и при эксплуатации подлежат поверке или калибровке в зависимости от области применения.

Межповерочный интервал, установленный при признании утверждения типа анализаторов, - не более двух лет, рекомендуемый межкалибровочный интервал – 2 года.

Первый заместитель Председателя



В.В. Арфьев