




ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ



Заявитель АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ИННОВАЦИОННЫЙ ЦЕНТР "БУРЕВЕСТНИК"

Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности:

197350, Россия, город Санкт-Петербург, улица Лётчика Паршина, дом 3, строение 1

Основной государственный регистрационный номер 1177847132231.

Телефон: +78126151239 Адрес электронной почты: bouvestnik@bv.alrosa.ru

в лице Генерального директора Ерошкина Сергея Борисовича

заявляет, что Анализатор серы рентгеновский волнодисперсионный типа АСВ-3.

Изготовитель АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ИННОВАЦИОННЫЙ ЦЕНТР "БУРЕВЕСТНИК"

Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 197350, Россия, город Санкт-Петербург, улица Лётчика Паршина, дом 3, строение 1

Продукция изготовлена в соответствии с ТУ 26.51.53-105-00227703-2021 «Анализатор серы рентгеновский волнодисперсионный АСВ-3».

Код (коды) ТН ВЭД ЕАЭС: 9022190000

Серийный выпуск

соответствует требованиям

Технического регламента Таможенного союза "О безопасности низковольтного оборудования" (ТР ТС 004/2011)

Технического регламента Таможенного союза "Электромагнитная совместимость технических средств" (ТР ТС 020/2011)

Декларация о соответствии принята на основании

Протокола испытаний № 16771ИЛНВО от 30.12.2021 года, выданного Испытательным центром Общества с ограниченной ответственностью "ПРОММАШ ТЕСТ" (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21BC05)

руководства по эксплуатации; паспорта

Схема декларирования соответствия: 3д

Дополнительная информация

ГОСТ 30969-2002 (МЭК 61326-1:1997) "Совместимость технических средств электромагнитная.

Электрическое оборудование для измерения, управления и лабораторного применения. Требования и методы испытаний" разделы 5 - 8, ГОСТ IEC 61010-1-2014 "Безопасность электрических контрольно-измерительных приборов и лабораторного оборудования. Часть 1. Общие требования".

Условия хранения продукции в соответствии с требованиями ГОСТ 15150-69. Срок хранения (службы, годности) указан в прилагаемой к продукции эксплуатационной документации.

Декларация о соответствии действительна с даты регистрации по 24.07.2027 включительно.

М.П.

Ерошкин Сергей Борисович

(подпись)

(Ф.И.О. заявителя)

Регистрационный номер декларации о соответствии: ЕАЭС N RU Д-РУ.РА05.В.11831/22

Дата регистрации декларации о соответствии: 25.07.2022