



ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ



Заявитель АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ИННОВАЦИОННЫЙ ЦЕНТР
"БУРЕВЕСТИК"

Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности: 197350, Россия, город Санкт-Петербург, улица Лётчика Паршина, дом 3, строение 1

Основной государственный регистрационный номер 1177847132231.

Телефон: +78126151239 Адрес электронной почты: bouvestnik@bv.alrosa.ru

в лице Генерального директора Ерошкина Сергея Борисовича

заявляет, что Анализатор рентгеновский пульповой типа: AP-35-15-20.

Изготовитель АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ИННОВАЦИОННЫЙ ЦЕНТР "БУРЕВЕСТИК"

Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 197350, Россия, город Санкт-Петербург, улица Лётчика Паршина, дом 3, строение 1

Продукция изготовлена в соответствии с ТУ 26.51.53-140-14770552-2021 «Анализатор рентгеновский пульповой AP-35-15-20».

Код (коды) ТН ВЭД ЕАЭС: 9022190000

Серийный выпуск

соответствует требованиям

Технического регламента Таможенного союза "О безопасности низковольтного оборудования" (ТР ТС 004/2011)

Технического регламента Таможенного союза "Электромагнитная совместимость технических средств" (ТР ТС 020/2011)

Декларация о соответствии принята на основании

Протоколов испытаний №№ 193-12-21/12-ЦТ, 194-12-21/12-ЦТ от 16.12.2021 года, выданных Испытательной лабораторией "Научно-исследовательский испытательный центр "Циркон-тест" ООО "ПрофНадзор" (регистрационный номер аттестата аккредитации РОСС RU.31485.04ИДЮ0.108)

руководства по эксплуатации; паспорта

Схема декларирования соответствия: 1д

Дополнительная информация

ГОСТ 30969-2002 (МЭК 61326-1:1997) "Совместимость технических средств электромагнитная.

Электрическое оборудование для измерения, управления и лабораторного применения. Требования и методы испытаний" разделы 5 - 8, ГОСТ ИЕС 61010-1-2014 "Безопасность электрических контрольно-измерительных приборов и лабораторного оборудования. Часть 1. Общие требования".

Условия хранения продукции в соответствии с требованиями ГОСТ 15150-69. Срок хранения (службы, годности) указан в прилагаемой к продукции эксплуатационной документации.

Декларация о соответствии действительна с даты регистрации по 31.01.2027 включительно.

(подпись)

М.П.

Ерошкин Сергей Борисович

(Ф.И.О. заявителя)

Регистрационный номер декларации о соответствии: ЕАЭС N RU Д-RU.PA01.B.53280/22

Дата регистрации декларации о соответствии: 01.02.2022